



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**Direcția de Sănătate Publică Gorj**

**Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 , Nr. 22 Bis Cod : 210215 , jud. Gorj**

**TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144**

e-mail principal: office@dspgorj.ro

e-mail biroul relatii publice: relatii publice@dspgorj.ro

pagina WEB: „ <http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro>”

***INFORMARE***

***07.05.2020***

Laboratorul genetic din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a redevenit funcțional. Firma care asigură service-ul echipamentelor a intervenit prompt și a remediat problemele care au dus la întreruperea activității laboratorului. În urma verificărilor s-a constatat că era vorba de o problemă de setare soft. Potrivit procesului verbal de intervenție tehnică, s-a efectuat „test piston W3, coborâre axa Y conform recomandărilor producătorului cu 300 de impulsuri (din meniul de service); procedură executată remote- datorită situației de urgență”.